

Formularz ofertowy

DANE OFERENTA	
Nazwa podmiotu:	
Adres:	
Telefon:	
E-mail:	
NIP:	
REGON:	
Osoba kontaktowa:	
OFERTA	
na dostawę oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń wraz z instalacją: ZESTAW CHROMATOGRAFICZNY na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.	
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym:	
Cena:	NETTO:..... BRUTTO:
Okres gwarancji (w miesiącach) miesięcy
Specyfikacja techniczna	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
CHROMATOGRAF GAZOWY Z AUTOSAMPLEREM:	
pierwszy kanał – dozownik podziałowy split/splitless (S/SL) – detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID),	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
drugi kanał – dozownik podziałowy split/splitless (S/SL) – detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID),	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Zasilanie aparatu 230V, 50Hz	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Sprzęt trwale oznaczony znakiem CE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
PIEC:	
pracujący w zakresie od co najwyżej 4°C powyżej temperatury otoczenia do 450°C.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
możliwość programowania minimum 20 narostów temperatury	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
maksymalna szybkość grzania minimum 140°C/min.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
szybkość chłodzenia od 400°C do 50°C poniżej 5 minut	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
DOZOWNIK PODZIAŁOWY S/SL DO KOLUMN KAPILARNYCH:	
maksymalna temperatura pracy minimum 450°C	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
ciśnienie pracy ustawiane w zakresie od 0 do 10 bar	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
pełna elektroniczna kontrola przepływów	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

stosunek podziału strumienia nie gorszy niż 1:10000	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
DETEKTOR FID DO KOLUMN KAPILARNYCH:	
maksymalna temperatura pracy do 450°C	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
czułość co najmniej 1,4 pg C/s	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
zakres liniowy co najmniej 10 ⁷	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
pełna elektroniczna kontrola przepływów	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
detektor FID wyposażony w dyszę ceramiczną	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
odczyt aktualnych parametrów pracy na panelu sterującym (wymagany interfejs w języku polskim)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
AUTOMATYCZNY PODAJNIK PRÓBEK	
taca na co najmniej 100 vial o poj. 2ml	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
możliwość sekwencyjnego dozowania do dwóch dozowników bez przezbrajania i dodatkowej kalibracji	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
możliwość stosowania strzykawk 1ul, 2ul, 5ul, 10ul, 100ul	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
programowalna szybkość dozowania	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
STEROWANIE:	
oprogramowanie sterujące pracujące z wykorzystaniem baz danych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
sterowanie z poziomu wbudowanego wyświetlacza dotykowego (interfejs w języku polskim) oraz poziomu zewnętrznego komputera	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
komunikacja TCP/IP chromatograf – komputer sterujący umożliwiający sterowanie poprzez sieć LAN	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
ZESTAW STARTOWY DO ZAINSTALOWANIA APARATU I ROZPOCZĘCIA PRACY SKŁADAJĄCY SIĘ Z:	
kolumny kapilarnej niepolarniej o długości min.30m	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
kolumny kapilarnej polarnej o długości min. 30m	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
strzykawki	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
uszczelki do kolumn kapilarnych	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
wkładki szklane do dozownika z uszczelkami	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
uszczelki/septy do dozownika	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
niezbędne narzędzia do wymiany kolumn, uszczelki	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
zestaw złączy do zainstalowania kolumn	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
kapilar i złączy potrzebnych do podłączenia gazów (hel, wodór, azot, powietrze syntetyczne)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
zestaw filtrów do gazu nośnego i gazów do detektora płomieniowo-jonizującego	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Przedstawiona Oferta została sporządzona zgodnie z przekazaną specyfikacją techniczną, uwzględnia założenia przekazanej dokumentacji i nie zawiera elementów zamiennych.	
....., 2022r.
(miejsowość, data)	Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta (Czytelny podpis albo podpis i pieczęć z imieniem i nazwiskiem)

Pieczęć firmowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń wraz z instalacją: ZESTAW CHROMATOGRAFICZNY na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

oświadczam, że nie zachodzą okoliczności wyłączające mnie z ubiegania się o zamówienie, w szczególności oświadczam, że:

1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację przedmiotu zamówienia.
3. Prowadzę działalność gospodarczą umożliwiającą mi realizację przedmiotu zamówienia.
4. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z jego wytycznymi.

....., 2022r.
(miejscowość, data)

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta
(Czytelny podpis albo podpis i pieczęćka z imieniem i nazwiskiem)

Pieczęć firmowa Oferenta

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Składając ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na dostawę oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń wraz z instalacją: ZESTAW CHROMATOGRAFICZNY na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest powiązany osobowo lub/i kapitałowo z Zamawiającym – SOLVENT WISTOL S.A.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem projektu/Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. w sposób inny, niż wskazane w pkt 1-4.

....., 2022r.
(miejscowość, data) Podpis osoby/osób upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Oferenta
(Czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem i nazwiskiem)